



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/20PN/2016

Otwock, dn. 07.10.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego znak sprawy 20 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy Pakiet 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną pompę dozującą środek myjąco-płuczający o właściwościach zmiękczających ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ładowane od przodu poprzez automatyczne drzwi uchylne z kołnierzem, umożliwiające wylewanie nieczystości np. wiaderk od mopa do komory urządzenia bez rozchlapywania ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności 48,9 litra umożliwiającą jednoczesne umieszczenie w komorze basenu z pokrywką oraz kaczki ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym opróżnianiem naczyń podczas zamykania drzwi komory ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

5. Czy w przypadku urządzenia z dwoma pompami dozującymi środki chemiczne, Zamawiający wymaga miejsca na dwa pojemniki ze środkami wewnątrz urządzenia ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody:

a/ program ekonomiczny – do 13 litrów/ cykl

b/ program podstawowy –do 19,5 litrów/ cykl ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Dotyczy Pakietu C – Szafa bronchoskopowa (do przechowywania endoskopów) – 1 szt.

1. Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę 1 skrzydłową?
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .
2. Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wykonaną ze stali kwasoodpornej, nie malowaną proszkowo? Jest to rozwiązanie znacznie trwalsze i łatwiejsze do utrzymania higieny niż opisane w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .
3. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wysokości 2.300 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .
4. Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o szerokości 970 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .
5. Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o głębokości 800 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?
W szafie o podanych w SIWZ wymiarach w pkt. 5, 6, 7 - nie ma możliwości bezpiecznego i higienicznego przechowywania 10 endoskopów elastycznych.
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .
6. Ad. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa była wyposażona w system filtrów powietrza z czego przynajmniej jeden będzie filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14? W przypadku gdy szafa nie będzie wyposażona w filtry, wentylator będzie zasysał powietrze z pomieszczenia, które doprowadzi do skontaminowania przechowywanych endoskopów. Spowoduje to konieczność ich ponownej dezynfekcji przed przeprowadzeniem zabiegu.
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający oczekuje zastosowania filtra HEPA.
7. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w tace ociekowe? Rozwiązanie takie powoduje powstawanie siedlisk mikroorganizmów, które mogą prowadzić do ponownego skażenia przechowywanych instrumentów. Oferowana przez nas szafa dzięki nowoczesnej konstrukcji, zgodnej z normą EN ISO 16442, nie wymaga stosowania tac ociekowych.
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .
8. Ponieważ od maja 2015 obowiązuje norma dotycząca konstrukcji i wymagań stawianych szafom do przechowywania endoskopów elastycznych - EN ISO 16442, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa spełniała wymagania tej normy?
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga .

Dotyczy Pakietu 2C:

Czy Zamawiający może sprecyzować opis podany w pkt4? Szafa ma być wykonana ze stali nierdzewnej czy ma być metalowa malowana proszkowo .

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje opis Pakietu 2C w poz.4 : szafa metalowa malowana proszkowo .