



---

**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

---

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/20PN/2016

Otwock, dn. 14.10.2016r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO**  
**znak sprawy 20 /PN/2016**

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

**Pytania do pak 2F:**

1. Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez funkcji automatycznej kompensacji oporu rurki intubacyjnej / tracheostomijnej ?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy, jeśli jest kompensacja całego układu.

2. Punkt 71. Prosimy o zmianę wymogu na: aparat zastępczy na czas naprawy trwającej ponad 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z SIWZ.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)