



## Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

---

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/20PN/2016

Otwock, dn. 11.10.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy 20 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania

### **Płuczko-dezynfektor – 1 szt.**

#### Pytanie 1, pkt 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max. szerokości wynoszącej 70 cm?

*Parametr oferowany nieznacznie tylko odbiega od wymaganego przez Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

#### Pytanie 2, pkt 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem elektrycznym 400 V, 50 Hz i mocy 5,5 kW?

*Oferowana moc urządzenia nieznacznie tylko odbiega od wymaganej przez Zamawiającego, natomiast zapewnia większą wydajność i krótszy czas programów oraz szybszą gotowość do pracy urządzenia.*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

#### Pytanie 3, pkt 28

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących zużyciach wody: dla programu ekonomicznego – 20 litrów/cykl, dla programu podstawowego – 35 litrów/cykl?

*Parametry oferowane nieznacznie tylko odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające standardowy kosz na 1 basen sanitarny z pokrywą i dwie kaczki z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze umożliwiające mycie i dezynfekcję np. 6 szt. kaczek?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające dezynfekcję w temperaturze 90°C?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym czas programu standardowego wynosi 5 minut?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 3700W?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający wymaga, aby wybór programu oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga w zakresie wyboru programu .

**Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zużyciu wody w zależności od programu mycia i dezynfekcji: standardowy – 18l, intensywny – 26l?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w piśmie z dn. 07.10.2016 w odpowiedzi na pytania nastąpiła omyłka pisarska , winno być jak wyżej (Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy) .

**Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 35 opisu wymaganych parametrów (załącznik nr 2 do SIWZ) na następujący „Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołów na nowy -3”?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

**Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dotykowy wyświetlacz?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga

**Dot. Pakietu 2C - szafa bronchoskopowa:**

**Pytanie ogólne –**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania Załącznika nr 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych w pkt. 6, tj. "Endoskopy przechowuje się w sposób zabezpieczający przed ich wtórną kontaminacją", a tym samym spełniało wymagania normy PN-EN 16442:2015 dot. szaf do przechowywania procesowanych endoskopów termolabilnych w kontrolowanych warunkach?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga .

**Pytanie ogólne –**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga szafy, która pozwala użyć do pacjenta endoskop bez ponownej dekontaminacji, po okresie przechowywania co najmniej 72 godziny?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga .

**Pytanie ogólne –**

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona w drukarkę w celu dokumentacji procesu?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**dot. pkt. 2 –**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamykane przez elektromagnetyczną blokadę drzwi, którą zwolnić może jedynie upoważniony personel przez odczytanie skanem kodu z identyfikatora lub wprowadzając kod użytkownika ręcznie?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

**dot. pkt. 6 –**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1300 mm, co przy pojemności szafy na 10 endoskopów jest niemal niezbędne, aby móc swobodnie wkładać i wyciągać endoskopy?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

**dot. pkt. 9 –**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. uchwyty ruchome, umieszczone w jednej prowadnicy, gdzie każdy uchwyt wraz z przyłączami do przedmuchiwania kanałów jest przyporządkowany do danego endoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**dot. pkt. 11 –**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. jedną, wyciąganą tacę ociekową będącą dnem szafy?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**dot. pkt. 12 –**

Czy Zamawiający ma na myśli szafę, która utrzymuje kontrolowane środowisko, zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza w komorze i przedmuchuje kanały endoskopu przefiltrowanym powietrzem, aby zapobiegać gromadzeniu się drobnoustrojów również w długich i wąskich kanałach endoskopu? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób szafa ma zabezpieczać przeciw gromadzeniu się drobnoustrojów.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie , Zamawiający wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej oraz filtra HEPA .

## **Pakiet 2F – Respirator – 1szt**

1. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 19:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację przepływu od 2 do 160 l/min?  
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy
2. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 20:** Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością regulacji objętości oddechowej od 20 do 2000ml?  
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy
3. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 21:** Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością regulacji częstości oddechowej od 3 do 120 oddechów na minutę?  
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy
4. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 22:** Czy Zamawiający dopuści respirator z czasem wdechu regulowanym w zakresie 0,25 do 15 sekund ?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy
5. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 26:** Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymaganego parametru możliwość regulacji PEEP w zakresie od 1 do 50 cmH2O oraz z możliwością wyłączenia?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy i nie uzna za spełnione .
7. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 30:** Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością skokowej regulacji czasu narastania przepływu?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy
8. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 36:** Czy Zamawiający dopuści respirator bez możliwości programowania kształtu krzywej natomiast z możliwością kształtowania krzywej za pomocą zmiany parametrów wentylacji?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy
9. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 54:** Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający zapamiętanie 200 ostatnich zdarzeń ?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy
10. **Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 70:** Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy
11. **Załącznik nr 7 do SIWZ, par. 5 ust. 6 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego punktu:  
„W okresie gwarancji trzy wymiany tego samego elementu/podzespołu urządzenia powodują wymianę tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy” ?  
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

## **Respirator – szt. 1**

1. – **Pkt. 13** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający trybu VSV, w zamian za to respirator posiada bardzo zaawansowany tryb odzwyczajania pacjenta tryb Dual Vent umożliwiający wentylację pacjenta w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób spontaniczny lub gdy pacjent nie oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być wentylowany w sposób sterowny czasowo.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

2. – **Pkt. 27** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym wysokie ciśnienie w trybach / DuoPAP, APRV;BILEVEL;BIPAP/ stanowi zakres od 2 do 60 cmH<sub>2</sub>O? Taka zakres ciśnienia jest w zupełności wystarczający do bezpiecznej wentylacji pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

3. – **Pkt. 63** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu pacjenta oraz wstępnego rozpoznania schorzeń płuc? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

4. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respirator który oferują Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji typu PAV, PPS lub ASV, AVM w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych? Nowoczesne tryby adaptacyjne pozwalają na znacznie bardziej wygodną pracę z respiratorem oraz znacznie lepszy efekt przy odzwyczajaniu pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycji Wykonawcy

5. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respirator o przekątnej ekranu min. 12"? Taka przekątna pozwoli na znacznie lepszą widoczność parametrów na ekranie respiratora.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycji Wykonawcy

**1. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 18.**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby detergenty umieszczane były w zamkniętej szafce zlokalizowanej obok Myjni?

*Uzasadnienie: Wymagany załadunek od góry uniemożliwia umieszczenie szafki z detergentami pod komorą Płuczko-dezynfektora. Zaoferowane przez nas rozwiązanie jest równoważne do wymaganego, zapewniając ergonomię obsługi oraz spełnienie wymagań higienicznych.*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**2. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 20.**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o mocy nie przekraczającej 5,5 kW, co jest konieczne, aby uzyskać tak krótki wymagany czas procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**3. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 26.**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszej niż wymagana liczby dysz (t.j. 8 dysz, w tym jednej obrotowej), które zapewnią skuteczne umycie i zdezynfekowanie naczyń zgodnie z obowiązującymi normami dla Płuczko-dezynfektorów?

*Uzasadnienie: Zaoferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego – producent urządzenia dopasowuje liczbę dysz do konstrukcji komory tak, aby uzyskać optymalne warunki mycia. Ponadto Każde urządzenie jako wyrób medyczny jest walidowane i sprawdzane w fabryce również pod kątem skuteczności mycia i dezynfekcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**4. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28.**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane urządzenie zużywało nominalnie nieznacznie więcej wody niż wymagane, tj. dla programu ekonomicznego 18 litrów/cykl, natomiast dla programu podstawowego – 29 litrów/cykl?

*Uzasadnienie: Są to zużycia potwierdzone przez producenta, które zapewniają skuteczne umycie i zdezynfekowanie wsadu w wymaganym czasie. Nadmierne ograniczenie zużycia wody niesie ryzyko niedomywania wsadu – co wiąże się z koniecznością powtarzania procesu.*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

**5. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28.**

Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie powinno mieć funkcje wyboru minimum dwóch programów: Ekonomicznego oraz Podstawowego z klawiatury sterownika?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza, że urządzenie powinno mieć funkcje wyboru minimum dwóch programów: Ekonomicznego oraz Podstawowego z klawiatury sterownika

**6. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28.**

Czy Zamawiający wymaga aby dla ułatwienia obsługi programy uruchamiane były dedykowanymi przyciskami dla programu ekonomicznego oraz dla programu podstawowego?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wymaga aby programy uruchamiane były dedykowanymi przyciskami dla programu ekonomicznego oraz dla programu podstawowego .