



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/17 ZO/2016

Otwock, dn. 25.10.2016r

Dotyczy :Zapytania ofertowego na odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny ,znak sprawy 17 /ZO/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Pakiet I, poz. 16: prosimy o wyrażenie zgody na kasetki histopatologiczne z przykrywką z otworami o wym. 1,6 x 1,6 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

2. Pakiet I, poz. 16: prosimy o wyrażenie zgody na kasetki histopatologiczne z przykrywką z otworami o wym. 1 x 5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

3. Prosimy o dopuszczenie wyceny ceny jednostkowych za sztukę do trzech miejsc po przecinku.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

SIWZ:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Projekt umowy:

Dotyczy § 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy § 7 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy § 10

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Opisu przedmiotu zamówienia:

Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie byłoby stosowne wprowadzenie wymogu, aby w formularzu cenowym w osobnej kolumnie Wykonawcy wskazali producenta i numer katalogowy oferowanych wyrobów?

Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy pakiet II pozycja 1

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek o wymiarach 15,3x16x100 mm (grubość ścianki 0,7mm) spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 2

1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem próbek “skalowanych” i czy dopuści próbki posiadające znacznik pojemności “1 ml” bez dodatkowej skali?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura wykonane z PE (polietylen) o długości 155mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga szkiełek z dwustronnym polem do opisu?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy pakiet II pozycja 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych powlekanych poly-L-lizyną jako środkiem zwiększającym adhezyjność, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z czerwonymi korkami, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy pakiet II pozycja 19

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pozwoliłoby to na złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców a tym samym byłoby korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 20

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek pakowanych po 100 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 28

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pałeczek do pobierania wymazów o długości około 150 mm (6 cali), spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Pragniemy nadmienić że jest to standardowy wymiar dla tego typu wymazówek.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 39

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dotyczy pakiet II pozycja 48

1. Czy Zamawiający wymaga zaferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaferowania płyt białych czy może płyt przezroczystych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaferowanie zarówno płyt białych jak również przezroczystych.

Dotyczy pakiet II pozycja 49

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozator o poj. do 25 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z opisem zawartym w tabelach cenowo- asortymentowych : „do 30ml”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dozator o nastawnej pojemności za pomocą pierścienia?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

3. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Dotyczy pakiet II pozycja 50

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na butelkę do dozatora o poj. 1000 ml?

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z opisem zawartym w tabelach cenowo- asortymentowych :”do 1500 ml”

2. Czy Zamawiający wyrazi ewentualnie zgodę na butelkę do dozatora o poj. 2500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

3. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.