



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

**ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00**

<http://www.otwock-szpital.pl>

**e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl**

MCLChPiG –Gr.IV A/23PN/2016

Otwock, dn. 10.11.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego znak sprawy 23 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

**1.Załącznik nr 2.4 do SIWZ/UMOWY, pkt. 21:**

Celem ujednoczenia zapisów SIWZ, umowy i załącznika z opisem technicznym prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu wynosi max. 2 w dni robocze zgodnie z zapisami par. 5 ust. 8 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu wynosi max. 2 w dni robocze zgodnie z zapisami par. 5 ust. 8 projektu umowy, jednocześnie ujednolicając zapis w Załącznik nr 2.4 do SIWZ .

**2. Załącznik nr 2.4 do SIWZ/UMOWY, pkt. 23, Załącznik nr 5 do SIWZ, rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ:**

Celem ujednoczenia zapisów SIWZ, Załącznika nr 5 do SIWZ, rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że wymagana dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego to min. 8 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z pkt. 23 załącznika nr 2.4 do SIWZ/UMOWY.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający potwierdza, że wymagana dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego to min. 8 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z pkt. 23 załącznika nr 2.4 do SIWZ/UMOWY jednocześnie ujednolicając zapis w Załącznik nr 5 do SIWZ oraz poprawiając omyłkę pisarską w rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ; Winno być : „Uzupełniony opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikami 2.1,2.2,2.3,2.4 i 2.5 do SIWZ ”

**Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) powodują wymianę tej części/podzespołu na nowy.” ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie 2**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas gwarancji na wymienione części lub podzespoły wynosił 6 miesięcy ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie 3**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas na naprawę urządzenia 5 dni roboczych liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie 4**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% i odpowiednio z 10% do 5% ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie 5**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie 6**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Zadanie nr 2 VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNY**

Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odpowiedź Zamawiającego :

, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obrotowego konektora? Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, takie które w konsekwencji eliminuje ryzyko skręcenia światłowodu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 15

Czy Zamawiający ma na myśli podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora oraz podłączenie do źródła światła za pomocą jednego konektora?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający rozumie przez to zastosowanie jednego konektora .

Pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu HD kompatybilnego z: oferowanym videobronchoskopem?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

**VIDEOBRONCHOSKOP HDTV**

Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści videobronoskop o kątach zagięcia końcówki góra/ dół min. 180/130 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pierścienia rotacji? Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, takie które w konsekwencji eliminuje ryzyko skręcenia światłowodu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 14

Czy Zamawiający ma na myśli podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora oraz podłączenie do źródła światła za pomocą jednego konektora?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający przez ten zapis rozumie konektor z jednym gniazdem

Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej? Z doświadczenia wiemy, że zanurzenie wtyczki elektronicznej, po dłuższym czasie przynosi negatywny skutek dla aparatu m.in. korozję, przedwczesne zużycie elektroniki.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu HD kompatybilnego z oferowanym videobronchoskopem?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)