



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/24PN/2016

Otwock, dn. 09.01.2017 r

Dotyczy: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego Znak sprawy: 24/PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Czy Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczną metodą Claussa? Metoda Claussa jest jedyną wiarygodną i porównywalną metodą. Wyliczenie wartości stężenia fibrynogenu na podstawie pomiaru PT jest obciążone bardzo dużym błędem.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy- musi być możliwość oznaczeń fibrogenu z PT jak również metodą klasyczną Claussa.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie materiału kontrolnego na 2 poziomach od jednego producenta (normalnym i patologicznym)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie aktu prawnego, który nakłada wymóg prowadzenia kontroli na 3 poziomach.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy- materiał kontrolny może być na 2 poziomach.

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu parametru 23: *możliwość drukowania wyników pomiarów (zawierających datę i godzinę wykonania, osobę zlecającą, osobę wykonującą, imię, nazwisko i PESEL pacjenta wraz z zakresem wartości referencyjnych)*? Wyniki mogą być drukowane za pomocą oprogramowania do obsługi LIS.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy – zawsze musi być możliwość drukowania wyników z aparatu.

4. Czy Zamawiający oczekuje analizatora z możliwością ciągłego dokładania próbek na statywach?

Odpowiedź Zamawiającego :

Parametry dotyczące analizatora zostały opisane w załączniku nr do SIWZ

5. Czy Zamawiający oczekuje analizatora pozwalającego na oznaczenie dowolnej próbki, w dowolnym czasie jako CITO?

Odpowiedź Zamawiającego :

Parametry dotyczące analizatora zostały opisane w załączniku nr do SIWZ

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.