



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/4PN/2017

Otwock, dn. 13.02.2017 r

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa narzędzi bronchoskopowych, znak sprawy 04/PN/2017.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pakiet nr 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą wyłączenie poz.1 z Pakietu 1 i utworzenie z niej pakietu 1A pod nazwą szczoteczki bronchoskopowi.

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bronchoskopowe o długości roboczej 1200 mm ?. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bronchoskopowe o średnicy szczoteczki 2,0 lub 3,0 mm ( bez 5,0 mm)?

Pozostałe parametry jak w specyfikacji..

Odpowiedzi Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. nr 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu oraz czy dopuści w miejsce pierwotnych parametrów : szczypce biopsyjne bronchoskopowe z igła i bez igły ?, długość robocza 100 cm, średnica zewnętrzna 1,8 mm i 2,2 mm, z możliwością wykonywania biopsji statycznej, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm-dla kleszczy o śr. zew.1,8mm i kanału 2,8 mm dla kleszczy o śr. 2,2 mm, jednorazowe, łopatki wyposażone w ząbki rozmieszczone na całym obwodzie, pancerz szczyptic na całej długości pokryty poliuretanową osłonką, pokrytą tworzywem zmniejszającym tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, z podwójnymi otworami w łopatkach szczęk zapewniającymi możliwość pobrania odpowiednio dużego wycinka tkanki oraz zapewniają jego pewną ewakuację poprzez kanał roboczy?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści w miejsce pierwotnych parametrów igły do biopsji transbronchoskopowej, jednorazowe, długość igły 15 mm, długość robocza narzędzia 130 cm, średnica osłonki 1,8 mm, średnica igły 19G,20G,21GG, w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20-25 ml. Długość narzędzia 130 cm. Sprężyna na dystalnym końcu zapewniająca zwiększoną sprężystość odcinka dystalnego w celu umożliwienia dostępu do wszystkich zmian, z systemem blokowania igły w rękojeści minimalizującą ryzyko niezamierzonego wysunięcia lub schowania igły. Metalowy port na końcówce osłonki ograniczający ryzyko uszkodzenia bronchoskopu ?

Odpowiedzi Zamawiającego na pyt.1 i 2 :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego ;[www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)