



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/7PN/2017

Otwock, dn. 27.03.2017 r

**Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Narzędzia bronchoskopowi Znak: 7/PN/2017.**

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 8 następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

**Pytanie 2**

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2a, 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

**Pytanie 3**

Dotyczy Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypcę biopsyjną jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem lub łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora ( do wyboru Zamawiającego); łyżeczki nieuchylne; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niepowlekane bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1200mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; szczypcę pakowane w sterylne pakiety?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

**Pytanie 1 Pakiet 2**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści szczypcę biopsyjną jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem lub łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora (do wyboru Zamawiającego), łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm, szczypcę pakowane w sterylne pakiety, sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

Do wiadomości :

strona internetowa Zamawiającego [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)