



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/12PN/2017

Otwock, dn. 10.07.2017 r

***Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia na realizację zadania „Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 „,***

***Numer referencyjny: 12/PN/2017,***

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

**Załącznik nr 1— Kozetka lekarska**

1. Czy Zamawiający w ramach wymogu zawartego w punkcie 15 tabeli technicznej dopuści wyrobów zgodny z dyrektywą 93/42/EEC z potwierdzeniem deklaracją zgodności CE wydaną przez producenta?
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. Nr 1 i nr 2 : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

**Załącznik nr 2 —Stanowisko do badań dzieci**

3. Czy Zamawiający w ramach wymogu zawartego w punkcie 25 tabeli technicznej dopuści wyrobów zgodny z dyrektywą 93/42/EEC z potwierdzeniem deklaracją zgodności CE wydaną przez producenta?
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. Nr 3 i nr 4 : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

#### **Załącznik nr 4— Stanowisko do badań dzieci**

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. Nr 5 : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

#### **Załącznik nr 7— Łóżko dziecięce 2-segmentowe z wyposażeniem**

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. Nr 6 : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

#### **Załącznik nr 8— Wózek do transportu pacjenta**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z zakresem regulacji wysokości w zakresie od 585 do 895? Parametr ten w nieznacznym stopniu różni się od wymaganego w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. Nr7 ; Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

8. Czy Zamawiający w ramach wymogu zawartego w punkcie 31 tabeli technicznej dopuści wyrobów zgodny z dyrektywą 93/42/EEC z potwierdzeniem deklaracją zgodności CE wydaną przez producenta?

Odpowiedź na pyt. Nr8 Tak, , Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. Nr 9 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

#### **Załącznik nr 9— Szafka przyłóżkowa**

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. 10 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

### **Załącznik nr 12— łóżko szpitalne 4-segmentowe**

11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. 11 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

### **Łóżko szpitalne dziecięce**

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym.

Odpowiedź na pyt. 12 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy, jeśli dla danego wyrobu jest to dokument równoważny.

### **Załącznik nr 29 — Meble medyczne wykonane na wymiar**

13. Czy Zamawiający dopuści podstawę zamocowaną na stałe do modułów szafek?

Odpowiedź na pyt. Nr 13 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

14. Ze względu na wagę każdy moduł szafek ze stali jest wyposażony w nóżki — czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź na pyt. Nr 14 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

15. Czy Zamawiający dopuści stopki z regulacją wykonane z tworzywa?

Odpowiedź na pyt. Nr 15 Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

### **Załącznik nr 33— Szafa na leki wysokiego składowania**

16. Czy każda szuflada ma w być wyposażona w zamek, czy Zamawiający dopuści aby pionowy rząd szuflad był zamykany jednym zamkiem centralnym ?

Odpowiedź na pyt. Nr 16 Zamawiający wymaga, aby każda szuflada wyposażona była w oddzielny zamek .

17. Czy Zamawiający dopuści 4 tace ze stali kwasoodpornej zamiast 4 tac polistyrenowych?

Odpowiedź na pyt. Nr 17 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

**Załącznik nr 37—Meble medyczne wykonane na wymiar**

18. Czy Zamawiający dopuści podstawę zamocowaną na stałe do modułów szafek?

Odpowiedź na pyt. Nr 18 Tak, , Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

19. Ze względu na wagę każdy moduł szafek ze stali jest wyposażony w nóżki — czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź na pyt. Nr 19 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

20. Czy Zamawiający dopuści stopki z regulacją wykonane z tworzywa?

Odpowiedź na pyt. Nr 20 Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

**Załącznik nr 38— Parawany**

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawany których producent posiada certyfikat ISO 13485:2012 oraz ISO 9001:2009 lecz nie posiada certyfikatu ISO

Odpowiedź na pyt. Nr 21 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy ., jeśli dla danego wyrobu dokumenty te s a równoważne w zakresie kryteriów zgodności i wykluczeń .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości:

Strona internetowa Zamawiającego : [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)