



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 26 PN/2017

Otwock, dn. 24.01.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Publicznych (tekst jednolity z dnia 26.11.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści SIWZ PZP na Dostawę urządzeń medycznych – 14 zadań ”. Znak sprawy: 26/PN/2017

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy Zadanie 5. - Waga lekarska ze wzrostomierzem – szt – 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:

- w zakresie do 150 kg: 100gr
- w zakresie od 150 kg: 200 gr.

Jest to standardowa i precyzyjna podziałka osobowych wag medycznych przeznaczonych do ważenia pacjentów, także w pediatrii. Dokładność odczytu do 100 g jest w praktyce stosowana nawet przez stacje dializ, które to szczególnie przywiązują wagę do bardzo dokładnego określenia masy ciała przed i po dializie. Informujemy jednocześnie, iż powyższy produkt jest legalizowany i przy obciążeniu maksymalnym do 200 kg odpowiada najprecyzyjniejszej III (trzeciej) klasie dokładności stosowanej dla wag osobowych.

Zamawiający wyraża zgodę na oferowaną dokładność odczytu.

Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła 6,9 kg?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zgodnie z SIWZ

Oferowane wagi będą przeznaczone do ważenia osób dorosłych. Coraz więcej pacjentów znajduje się w przedziale powyżej 150 kg masy ciała? Czy zamawiający wymaga nośności do 200 kg?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg wag nie wywróci się. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania. Czy zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zgodnie z SIWZ

Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga, aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

Podczas ważenia przypadkowo pacjenci łapią się za kolumnę wzrostomierza dla asekuracji. Niestety kolumna mocowana na 1 śrubie łatwo może ulec skrzywieniu. Wagę trzeba oddać do naprawy, co generuje dodatkowe koszty. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga, aby waga posiadała solidne mocowanie na 2 śrubach i tym samym zabezpieczała kolumnę wagi przed zniszczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie .

Czy Zamawiający dopuści, aby waga wyposażona była w bezpieczny, lekki, aluminiowo-plastikowy wzrostomierz o zakresie pomiaru 75-200 cm i podziałką 1mm?. Zakres taki pozwala na mierzenie zarówno dorosłych jak i nawet małych dzieci w pozycji stojącej.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

Dotyczy Zadanie 9. - Zestaw 5 pomp strzykawkowych i 1 objętościowej wraz ze stacją dokującą – 6 kpl.

Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące na statywie jezdnym bez sygnalizacji świetlnej, alarmowej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl