



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 3PN/2018

Otwock, dn. 01.03.2018 r

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z dnia 26.11.2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści SIWZ PZP na Dostawę urządzeń i sprzętu medycznego – 9 zadań”. Znak sprawy: 3/PN/2018

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

W odpowiedzi na Państwa wyjaśnienia z dnia 27.02.2018r. prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, w celu doprecyzowania wymaganych parametrów.

Dot. Zadanie 2 – Myjnia – dezynfektor – szt.4, lp. 24.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sterownik mikroprocesorowy urządzenia umożliwiał wybór minimum 3 programów: ekonomicznego, standardowego oraz intensywnego przy użyciu dedykowanych klawiszy, co znacznie ułatwi obsługę urządzenia oraz zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. Zadanie 2 – Myjnia – dezynfektor – szt.4, lp. 24.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaistnienia błędu, jego anulowanie możliwe było na klawiaturze urządzenia, bez konieczności odłączania urządzenia od zasilania elektrycznego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Dot. Zadanie 2 – Myjnia – dezynfektor – szt.4, lp. 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby włączanie dozowania detergentu było wybierane dedykowanym klawiszem na klawiaturze, co umożliwi wybór w zależności od stopnia zabrudzenia mytych naczyń?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl