



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,  
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 3 ZO/2018

Otwock, dn. 09.03.2018 r

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na testy kasetowe do diagnostyki mikrobiologicznej ;

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści testy jak w załączonych metodykach?  
Zaproponowany test jest z powodzeniem stosowany w wielu Placówkach na terenie Polski, test jest prostszy w wykonaniu, a wyniki porównywane były z tymi uzyskanymi, przy użyciu testu opisanego w siwz i nie budzą żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Firma proponuje dwa oddzielne testy a Zamawiający wymaga jednego testu z dwoma parametrami.