



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 3 ZO/2018

Otwock, dn. 14.03.2018 r

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na testy kasetowe do diagnostyki mikrobiologicznej ;

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie 1 - dotyczy: pozycja nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu o czułości dla toksyny A na poziomie 4 ng/ml, a dla toksyny B 0,63 ng/ml ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 2 - dotyczy: pozycja nr 1, 2 ,3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów pakowanego po 10 sztuk z przeliczeniem ilości wymaganych.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 3 - dotyczy: pozycja nr 1, 2 ,3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów z zewnętrznymi kontrolami pozytywną i negatywną i tym samym prosimy o możliwość rozszerzenia tabeli formularza cenowego o podpozycje np. 1 A, 2 A, 3 A...w celu wyceny kontroli.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 4 - dotyczy: pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 79% i specyficzności 84%?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 5 - dotyczy: pozycja nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testu pakowanego po 20 sztuk z przeliczeniem ilości wymaganych.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak , Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl