



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

**ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.
(22) 344 62 00**

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV –9PN/2018

Otwock, dn. 24.04.2018 r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Realizację robót budowlanych i dostawę wraz z montażem sprzętu medycznego w ramach zadania: „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A” – nr sprawy: 9/PN/2018

Dotyczy Lampy operacyjnej – załącznik nr 78

Zamawiający doprecyzowuje punkt 44 w/w załącznika dopuszczając maksymalne natężenie napromieniowania 600 W/m kwadratowy .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego ; www.otwock-szpital.pl