



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP/26.35.ZO.2.2018

Otwock, dn. 05.11.2018r

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę: „Mikrotom rotacyjny - 1 szt”

Od Wykonawcy wpłynęły następujące wnioski i zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o wymiarach (SzerokośćXGłębokośćXWysokość) 480 x 610 x 350 mm? Wymiary te wynikają ze zwiększonego rozmiaru podstawy urządzenia, zapewniającego większą stabilność i powtarzalność pracy urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o pionowym ruchu głowicy 72 mm? Taki parametr nie wpływa na jakość pracy urządzenia, a zapewnia większą elastyczność pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia, nie wyposażonego w koło przesuwu zgrubnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.12.2018 r. Niniejsza prośba wynika z faktu, iż niektóre urządzenia muszą zostać wyprodukowane w dłuższym czasie niż standardowym, w szczególności istotny jest fakt, iż okres produkcji przypada na koniec roku, co wiąże się ze wzmożoną ilością zamówień po stronie producentów. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas niezależnych prosi o wydłużenie terminu realizacji jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu ze względu na istniejące zobowiązanie.