

A/ZP.26.3PN.2.2019

Otwock, dn. 30 stycznia 2019r

Dotyczy : Postępowania - Znak sprawy: 1/PN/2019 Dostawa jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych .

Zamawiający zamieszcza sprostowanie dot pytań i odpowiedzi zamieszczonych 30.01.2019r.

Dotyczy pakietu 12

Ponieważ na rynku dostępne są wkłady nie posiadające portu do wsypywania proszku żelującego jak też są dostępne z portem do wsypywania proszku żelującego, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy proszek żelujący z pozycji 7 ma być kompatybilny z wkładami z pozycji 4,5 i 6, jeśli tak to prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu (otworu) do wsypywania proszku żelującego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, ma być kompatybilny z wkładami z pozycji 4,5 i 6,

Minimalna średnica otworu 23 ml. Nastąpiła omyłka pisarska : winno być 23mm.