



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.35 ZO.2.2020

OTWOCK DN. 30.10.2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na : **Odczynniki laboratoryjne, materiały zużywalne oraz krew kontrolna do wykonywania oznaczeń przy użyciu analizatora hematologicznego SYSMEX XN-350**

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

1. W pkt. VIII ZAPYTANIA OFERTOWEGO, Zamawiający wskazuje, że jednym z Załączników jest "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tabelach cenowo-asortymentowych".
Uprzejmie prosimy o jego przesłanie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający w zapytaniu określił ilość oznaczeń, planowanych do wykonania w okresie 36 miesięcy , natomiast asortyment odczynników, materiałów zużywalnych i krwi kontrolnych Wykonawca poda w sporządzonej przez siebie tabeli asortymentowo-cenowej, którą należy dołączyć do oferty .

2. Dotyczy Projektu umowy, § 2:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer), emailem (na adres) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu Stron umowy.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający doprecyzowuje poprzez dodanie ww zapisu do projektu umowy.

3. Dotyczy Projektu umowy, § 5:

Prosimy o uzupełnienie zapisu i zmianę na poniższy:

„Dostarczane odczynniki muszą posiadać minimum 6 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia, z wyjątkiem krwi kontrolnej, dostarczanej wg. harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy www.....”

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający doprecyzowuje poprzez dodanie ww zapisu do projektu umowy.

4. Dotyczy Projektu umowy, § 7.2:

Prosimy o zmianę zapisu na poniższy:

„Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.”


Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRZYBY

lek. med. Antoni Blachnio