

A/ ZP.26.9. ZO.3.2021

Zatwierdził:

07.07.2021 r

DYREKTOR NACZELNIK  
... MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRZYZICY

Data i podpis

lek. med. Antoni Blachniński

### Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. na :

#### Jednorazowe materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza do kontrastu


Po przeanalizowaniu złożonych ofert Zamawiający wezwał Wykonawcę najtańszej oferty tj. NTM-MED. S.C., ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp. do przesłania próbek oferowanego asortymentu celem sprawdzenia jakości i kompatybilności z aparatem który Zamawiający użytkuje. Test przesłanych próbek wykazał że przesłane akcesoria **nie pasują** do używanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza Nemoto DSA7. Brak kompatybilności spowodował odrzucenie przez Zamawiającego oferty złożonej przez NTM-MED. S.C., ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

**cena brutto oferty – 107 654,40 zł**

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa .

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW  
  
Hanna Cichecka