



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

A/ZP/26.8.ZO.2.2022

Otwock, dn. 05.05.2022r.

Dot. zapytania ofertowego: Odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do testów multiplex PCR

Od Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Dot. załącznika nr 1A pkt 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy maksimum 48 godz w dni robocze”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dot. załącznika nr 1A pkt 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Termin ważności paneli minimum 5 miesięcy od momentu otrzymania opakowania przez laboratorium”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Pytanie do umowy: §5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Dostarczane środki muszą posiadać minimum 5 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY

lek. med. Antoni Siedziński

Renata Dąbrowska