



---

**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

**ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00**

**<http://www.otwock-szpital.pl>**

**e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)**

A/ZP.26.2.15PN/2022

Otwock, dnia 27/06/2022

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Stacjonarny aparat rtg kostno-płucny z wyposażeniem (stacja diagnostyczna trójmonitorowa, komputer, oprogramowanie)”*

*Nr sprawy: 15/PN/2022*

*Zamawiający informuje , iż od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania.*

***Pytania do Załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy***

*1. Z uwagi na brzmienie § 1 ust. 2 umowy, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania decyzji właściwej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w sprawie zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz na uruchomienie pracowni? Wykonawca jednocześnie wskazuje, że zgodnie z art. 5 Ustawy dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywaną działalność określoną w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej (a zatem Zamawiający). To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:*

- a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)*
- b) Dokumentację techniczną aparatu*
- c) Instrukcję obsługi aparatu*
- d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.*

*Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Szpitala.*

**Odpowiedź Zamawiającego : Tak.**

*2. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że oczekuje on od Wykonawcy pozyskania w Jego imieniu ww. decyzji, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji umowy uległ zawieszeniu na czas oczekiwania na pozytywną decyzję, jednak nie dłużej niż 30 dni?*

**Odpowiedź Zamawiającego : Tak.**

*3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu określonego w § 3 ust. 7 umowy z 7 dni na 14 dni?*

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

4. Pytanie do § 3 ust. 10 umowy: czy Zamawiający odstąpi od wymogu do starczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy? Wykonawca wskazuje, że z uwagi na charakter dostarczanego w ramach umowy urządzenia, oraz wymagania, jakie musi spełnić pomieszczenie pracowni określone indywidualnie dla danego urządzenia, zapewnienie urządzenia zastępczego wiąże się z obowiązkiem dostosowania pomieszczeń oraz spełnienia procedur wymaganych przez właściwe przepisy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

5. Pytanie do §3 ust. 11 umowy : czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że Strony zgodnie ograniczają uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu poprzez wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. ”

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

6. Pytanie do § 7 ust. 2 umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 2 z uwagi na fakt, że instytucja wypowiedzenia w umowach tego rodzaju ( umowa sprzedaży ) jest instytucją niepraktykowaną i nietypową dla tego rodzaju umowy. Instytucja ta może prowadzić do sytuacji, w której naruszona zostanie równowaga stron, bowiem może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca prawidłowo realizuje umowę i ponosi koszty z tego tytułu , a jednak zostaje ona wypowiedziana. Strony jednocześnie określiły prawo do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 ust. 2 umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kara umowna naliczona przez Zamawiającego Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności za wykonaną dostawę o koszt kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy lub niewystarczającej jakości elementów przedmiotu umowy, może zostać potrącona przez Zamawiającego z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego, o ile zachodzą ustawowe przesłanki potrącenia. na prośbę Wykonawcy Naliczenie kary umownej nastąpi następuje poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.”

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej określonej w § 8 ust. 3 umowy do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz określi limit odpowiedzialności z tytułu kary na równowartość 5% wartości umowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

#### **Pytania do Załącznika nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

#### **TRZYMONITOROWA LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA DO OCENY OBRAZÓW RTG**

9. 13. 2 x USB 3.0 5Gb/s

Czy Zamawiający dopuści stację z jednym portem USB 3.0 5Gb/s z tyłu obudowy ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

10. 16. 2 x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny)

Czy Zamawiający dopuści stację z nowszymi portami DisplayPort 1.4? Jest to rozwiązanie nowsze, nie gorsze od DisplayPort 1.2 i aktualne dla nowych stacji roboczych dostępnych na rynku.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

11.30. Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Czy Zamawiający dopuści monitory z kalibracją sprzętową dla trzech trybów pracy: standard DICOM oraz 2 tryby kalibracji (pkt. 29)? Wymaganie to jest najprawdopodobniej omyłką pisarską - nie istnieje na rynku monitor, w którym istnieje możliwość kalibracji dla każdego trybu pracy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszcza .

12.35. Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR

Zamawiający popełnił prawdopodobnie omyłkę pisarską w związku z tym prosimy o zmianę zapisu na: Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MR, CR. Badanie MG oznacza mammografię natomiast monitory są przeznaczone do RTG, TK, MR.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

13. Zamawiający opisał stację jako trzy monitorową natomiast w samej specyfikacji stacji nie ma opisanego trzeciego monitora. Czy zatem Zamawiający wymaga stacji dwu monitorowej (tylko monitory diagnostyczne)?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga dwa monitory diagnostyczne, trzeci monitor opisowy dla systemu RIS o parametrach minimum 22 cale, rozdzielczość 1920 x 1080, kontrast 1000


**Pytania do pkt. „Relokacja (demontaż i przeniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie MCLChPiG w Otwocku) obecnie eksploatowanego aparatu RTG Control X) z wykonaniem testów specjalistycznych i dopuszczających.” W załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia**


14. Prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje aby testy specjalistyczne i dopuszczające aparatu RTG Control X zostały wykonane w terminie późniejszym, na wezwanie Zamawiającego, po instalacji tego aparatu będącej w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

15. Prosimy o potwierdzenie, że ponowna instalacja aparatu RTG Control X we wskazanych pomieszczeniach, obejmująca przygotowanie tych pomieszczeń – nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW  
  
Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY  
MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROBY PŁUCZNY  
209.  
  
lek. med. Antoni Błachnio

Do wiadomości :

strona internetowa prowadzonego postępowania ; <https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl>