



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

A/ ZP.26.21.ZO.2.2022

Otwock, dn. 22.11.2022r.

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy zapytania ofertowego na: Drobny sprzęt laboratoryjny i materiały diagnostyczne

Od Wykonawców wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobu z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek o śr. ok. 5mm i dł. 150 mm? Prośbę motywujemy tym, że wymazówki o parametrach 2,5mm/160 mm zostały wycofane z oferty przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z kapilarą na 200 ul. krwi? Prośbę motywujemy tym, że probówki o poj. 250 ul. zostały wycofane z oferty przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 45

Czy Zamawiający dopuści próbówki Eppendorf w kolorach: bezbarwny, żółty, zielony, niebieski (bez koloru czerwonego)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy: bezbarwne – 1250 szt., żółte – 1250 szt., zielone – 1250 szt., niebieskie – 1250 szt.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu I

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji od 6 do 16 włącznie i utworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to otrzymanie oferty od większej liczby wykonawców, co przełoży się na większą konkurencyjność cenową pakietu i przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści ekonomiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, w pkt.1 ppkt.3 postępowania Zamawiający dopuścił możliwość składanie ofert częściowy na poszczególne zadania dla pakietu nr 1 –oferty częściowe na poszczególne pozycje - liczba poz. 18

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu I, poz.14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek z przykrywką i wewnętrzną komorą o wymiarach otworów 0,35x0,35mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu II


Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji od 7 do 11 włącznie i utworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to otrzymanie oferty od większej liczby wykonawców, co przełoży się na większą konkurencyjność cenową pakietu i przyniesie Zamawiającemu wymierne korzyści ekonomiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka


DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY

lek. med. Antoni Błachnio