



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.3.30PN/2022

Otwock, dnia 20/12/2022

**Do wszystkich
zainteresowanych**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Odczynniki laboratoryjne, testy i materiały pomocnicze wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań mikrobiologicznych – 3 pakiety „”
Nr sprawy: 30/PN/2022*

Zamawiający informuje , iż od Wykonawców wpłynęły następujące pytania.

1. Dotyczy wymagań do zadania 2: Czy Zamawiający w punkcie 1 „Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania (startery, sondy detekcyjne, inne odczynniki) w zestawie testowym” ma na myśli w punkcie 2 i 4 zestawy dwuelementowe składające się z odczynników do izolacji i zestawu sond oraz starterów kompatybilne ze sobą i pozwoli na rozszerzenie tabeli asortymentowo- cenowej i wpisanie tych odczynników w pozycję 5?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

2. Dotyczy wymagań do zadania 2: Czy Zamawiający w punkcie 4 „Odczynniki gotowe do użycia. W postaci liofilizatów”, ma na myśli odczynniki zawierające starter i sondę detekcyjną?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

3. Dotyczy wymagań do zadania 2: Czy Zamawiający w punkcie 5 „Aparat z możliwością ustawienia na stole laboratoryjnym waga do 120 kg”, dopuści aparat o wadze do 130 kg?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

4. Dotyczy wymagań do zadania 2: Czy Zamawiający w punkcie 11 „Pojedyncze miejsce do reakcji PCR z indywidualnie kontrolowaną temperaturą, system oparty na bazie kaset mikroprzepływowych. System zabezpiecza automatycznie analizowaną próbkę przed zanieczyszczeniem”, ma na myśli system oparty na bazie kaset mikroprzepływowych, który zabezpiecza automatycznie analizowaną próbkę przed zanieczyszczeniem poprzez zawory w kasetach do PCR?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

5. Dotyczy wymagań do zadania 2: Dotyczy wymagań do zadania 2: Czy Zamawiający w punkcie 18 „Analizator nie starszy niż z 2019 r.” dopuści aparat z 2014 r.?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

6. Dotyczy „Wymagania ogólne dotyczące składanej oferty”, zadanie 2: Czy Zamawiający w punkcie 3 „Do każdego zestawu odczynników dołączona jest szczegółowa instrukcja wykonania oznaczenia, interpretacji wyników i informacja o czułości analitycznej i powtarzalności”, wyrazi zgodę na informacje bez czułości analitycznej i powtarzalności?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

7. Dotyczy „Wymagania ogólne dotyczące składanej oferty”, zadanie 2: Czy Zamawiający w punkcie 4 „Wszystkie instrukcje w języku polskim”, dopuści dla części odczynników instrukcje Insert w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody .

8. Dotyczy „Wymagania ogólne dotyczące składanej oferty”, punkt 14: Czy dla zadania 2 w poz. 2 i 4 Zamawiający dopuści odczynniki LUO?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

9. Dotyczy terminu dostawy i montażu aparatu, zadanie 2: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jakiego terminu Zamawiający wymaga – 2 tygodni zgodnie z wymaganiami ogólnymi, czy 30 dni zgodnie z §4 ust.2 umowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dokonuje stosownej korekty w § 4 ust.2 umowy „Termin dostawy i instalacji aparatu - 2 tyg od momentu udzielenia zamówienia.

10. Dotyczy terminu ważności odczynników, zadanie 2: Prosimy o potwierdzenie, czy w wymaganiach ogólnych nastąpiła omyłka pisarska dotycząca terminu ważności odczynników i dla zadania 2 wynosi on 6 miesięcy zgodnie z §5 umowy?


Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dokonuje korekty zapisu w wymaganiach ogólnych pkt.1-”Wszystkie odczynniki powinny posiadać termin ważności min. 6 miesięcy od daty produkcji i pochodzić od jednego producenta”

11. Dotyczy Formularza cenowego dla zadania 2: czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w kolumnie ‘Cena jednostkowa netto’ jako jednostkę obrać opakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

12. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego dla Zadania 3 poz. 12 (Dzierżawa aparatu i materiały zużywalne): Z uwagi na fakt, że Wykonawca zaoferuje w tym zadaniu dwa oddzielne aparaty dedykowane dwóm różnym technikom, prosimy Zamawiającego o dodanie w tabeli cenowej kolejnych pozycji, dla każdego aparatu osobno.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne dostosowanie tabeli dla Zadania 3 do składanej przez Wykonawcę oferty z uwzględnieniem dzierżawy aparatu i materiałów zużywalnych.


DYREKCYJA NAGZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZNIAWCHYBOWYCH I GRUZYCY
lek. med. Anton. Biochini