



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

A/ZP.26.1.4TP 2023

Otwock, dnia 30/01/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przyrządy do endoskopii i endochirurgii” postępowanie nr 4/ TP/2023”*

**Zamawiający informuje , iż od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:**

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1 - poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igłę do biopsji transbronchialnej, igła o średnicy osłonki 1,9mm, długość narzędzia 120cm, długość igły 12mm i 15 mm (do wyboru). Średnica igły 21G (0,8mm) .W zestawie igły strzykawka podciśnieniowa?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Kleszczyki biopsyjne. Średnica łopatek 1,8mm do kanału 2,0mm a do kanału roboczego 2,8 mm średnica 2,3 mm. Łopatki wyposażone w ząbki lub bez(do wyboru Zamawiającego). Długość narzędzia robocza 120cm?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Pętla do polipektomii. Wykonane z usztywnionego plecionego drutu. Długość robocza 230 cm, śr. otwartej pętli – 10mm, 25mm 35mm ,śr. Osłonki 2,3mm. Kształt owal, hex agonal, półksiężycowate?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Szczoteczki cytologiczne o długości włosia ok.20mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pytanie 5

Dotyczy Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SWZ, § 7 ust. 4


W związku z zapisem przedmiotowego ust., Wykonawca zastrzega, iż ma prawo wstrzymać realizację umowy w przypadku zwłoki w płatności powyżej 21 dni od terminu wystawionego na

fakturze FV, do momentu uregulowania należności, lub też dokonać realizacji zamówienia na podstawie przedpłaty” Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe.

.Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

#### **Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości 188mm, długość aplikatora 20mm, szerokość aplikatora 5-7mm bez możliwości wysuwania, budowa jak na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

#### **Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : NIE Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

DYREKTOR NACZELNY  
MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROBY PŁUCI I GRUŻLICY  
*Antoni Błachnio*  
dr med. Antoni Błachnio

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

*Hanna Cichecka*  
Hanna Cichecka

Do wiadomości : strona internetowa prowadzonego postępowania :<https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl>