



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.13 TP .1. 2023

Otwock, dnia 29 .03 2023

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Gazy medyczne” postępowanie nr 13/TP/2023”

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – załącznik nr 3a do SWZ – tabela zawierająca opis przedmiotu zamówienia

1. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej netto za sztukę w wersji tabeli L.p. od numeru 3 do 11, natomiast w wersji L.p. 1 i 2 cena jednostkowa netto dotyczy 1 kg. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedzi Zamawiającego : Tak .

2. Proszę o określenie do jakich zabiegów Zamawiający będzie używał dwutlenek węgla medyczny. Czy do zabiegów laparoskopii czy krioterapii ?

Odpowiedzi Zamawiającego : Medyczny dwutlenek węgla będzie używany do zabiegów laparoskopii i ednoskopii .

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Prosimy o usunięcie z formularza ofertowego (część F – spis treści) numerację stron, ze względu na składanie oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający wykreśla z Formularza ofertowego (część F – spis treści) numerację stron,

Przedmiot zamówienia – załącznik nr 3

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 7 z treści :

Wymagane jest aby posadowienie zbiornika odbyło się w ciągu 24 godzin od daty zawarcia umowy.

na treść:

Wymagane jest aby posadowienie zbiornika odbyło się w ciągu 24 godzin od daty zawarcia umowy. W sytuacji, w której na terenie Zamawiającego jest zamontowany zbiornik Wykonawcy, obowiązek wskazany w zdaniu poprzednim Strony uznają za spełniony.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający dokonuje uzupełnienia w pkt 7 załącznika nr 3 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

Wykonawca wnosi o zmianę pkt 10 z treści :

Zamawiający wymaga , aby dostarczone butle jak i każdorazowo napełniony zbiornik były zabezpieczono plombami jednostki napełniającej w sposób uniemożliwiający użycie bez naruszenia plomb.

na treść:

Zamawiający wymaga, aby dostarczone butle pyry zabezpieczone plombami jednostki napierniającej w sposób uniemożliwiający użycie bez naruszenia plomb.

Wyjaśnienie: Zaplombowanie zbiornika jest niemożliwe.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pkt 10 w załączniku nr 3 do SWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy .

Oświadczenie – załącznik nr 6

Wykonawca wnosi o zmianę z treści :

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że w dniu dostawy przedmiotowej umowy dostarczymy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczanego do używania na tym terytorium.

na treść:

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (dotyczy wyłącznie gazów będących wyrobem medycznym) jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do przesłania na żądanie Zamawiającego, drogą mailową niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczanego do używania na tym terytorium.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający dokonuje zmiany treści oświadczenia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy .

SWZ

Rozdział IV – Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 10 z treści :

Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na jego koszt i ryzyko wraz z ubezpieczeniem, rozładunkiem i przeniesieniem do wskazanych pomieszczeń magazynowych Zamawiającego

na treść:

Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy wraz z ubezpieczeniem i rozładunkiem pod drzwiami pomieszczeń magazynowych Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego), znajdujących się na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80 1 w Otwocku

Odpowiedzi Zamawiającego : Tak, Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 7 załącznika nr 7 na następującą treść : „

Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem lub transportem za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy wraz z ubezpieczeniem i rozładunkiem pod drzwiami pomieszczeń magazynowych Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz magazynu Zamawiającego), znajdujących się na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Rozdział IX - Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści pkt 1.2 o treści:

wypełniony i podpisany **załącznik nr 2** - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe oraz tabele określające minimalne parametry oferowanych urządzeń.

Prosimy o poprawienie numeru załącznika na prawidłowy. Dołączony załącznik nr 2 do SWZ dotyczy oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską : winno być :

Wypełniony i podpisany załącznik nr 3A - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe

Podmiotowe środki dowodowe

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści pkt 2 o treści:

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ.**

Prosimy o poprawienie numeru załącznika na prawidłowy. Dołączony załącznik nr 6 do SWZ dotyczy oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Odpowiedzi Zamawiającego : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską : winno być :

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów – dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kart charakterystyki dla gazów technicznych, natomiast dla gazów medycznych złożenia ulotek zamiast prospektów, katalogów?

Odpowiedzi Zamawiającego : Tak.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

**DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY**

lek. med. Antoni Błachnio

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

25^{lat} Mazowsze