



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

A/ ZP.26.6.ZO.3.2023

Otwock, dn. 05.04.2023r.

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy zapytania ofertowego na: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne.

Od Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści: Filtr mechaniczny, sterylny, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 70-300ml. Skuteczność filtracji 99,99999% skuteczność filtracji NaCl $\geq 99,632\%$. Opór przepływu max. 1,2cmH₂O przy 30l/min. Masa filtra 20gr, przestrzeń martwa 20 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści: Filtr mechaniczny, sterylny, przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 200-1500ml. Masa filtra max. 35gr, przestrzeń martwa max. 43 ml. Pozostałe parametry zgodnie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY
lek. med. Antoni Białobł.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka