



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

A/ ZP.26.6.ZO.4.2023

Otwock, dn. 06.04.2023r.

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy zapytania ofertowego na: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne.

Od Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1: dotyczy pakietu 3 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów intermolekularnych:

- ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła i wilgoci
- Skuteczność filtracji bakterii (BFE) i wirusów (VFE) min. 99,998 % przez 24 godziny potwierdzona protokołami niezależnych jednostek (badania przeprowadzone na bakteriach i wirusach)
- łącznik prosty
- Port do kapnografii (Luer-Lock) z zatyczką na lince
- Łącznik do pacjenta 22F/15M-22M/15F
- Zakres objętości oddechowej min. 180ml
- Minimalna wydajność nawilzacza 32,3 mg H₂O (przy min. TV 180ml)
- Waga 31g.

Pakowany pojedynczo.

Sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2. dotyczy pakietu 3 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów typu sztuczny nos - wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład celulozowy z zatrząskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika.

Parametry użytkowe:

Zwrot wilgoci 26,1 mg H₂O/L przy VT 500ml Utrata wilgoci 13,1 mg H₂O/L Przestrzeń martwa 19 ml Waga 9 g Minimalna objętość oddechowa >60 ml Łącznik 15F Opór przepływu przy @30L/min – 0,4 cm H₂O Opór przepływu przy @60L/min – 1,1 cm H₂O Sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.