



Mazowieckie Centrum Leczenia

Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.13 / ZO.1. 2023

Otwock, dnia 01.06 2023

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Zakup urządzenia myjąco-dezynfekującego – płuczko-dezynfektor – 1 szt w ramach zadania „ przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku ” .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Czy Zamawiający mając na uwadze zapisy UZP o uczciwej konkurencji dopuści urządzenie o wymiarach 600x450x1600 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie , Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

2 Czy Zamawiający mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga by myjnia była przystosowana do mycia 2 basenów w jednym wsadzie? Przystosowanie takie powinno polegać na dedykowanych do każdego basenu z osobna dyszach rotacyjnych przez które odbywa się również dystrybucja pary dzięki czemu urządzenie posiada zwalidowany program przeciw Clostridium Difficile.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

3. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało system bezpieczeństwa w przypadku nieregularnych obrotów lub zablokowania ramienia spryskującego system automatycznie trzykrotnie resetuje działanie powtarzając krok. Jeśli awaria nie ustąpi emitowany jest alarm błędu (wizualny i dźwiękowy)?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

4. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało prawdziwe chłodzenie i suszenie wsadu po zakończonej fazie dezynfekcji obecność pary jest eliminowana przy użyciu skraplacza recirkulacyjnego? Rozwiązanie to zapobiega wydostawaniu się pary oraz gorącego powietrza przy otwieraniu drzwi eliminując groźbę poparzeń i zawilgocenia pomieszczenia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało przyłącza z zabezpieczeniem przed zalaniem?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

6. Czy wymaga by oferowane urządzenie pozwalało na jednoczesne mycie 1 basenu i 2 kaczek lub czterech kaczek (uchwyt „A”) albo 2 basenów lub 1 basenu i 2 kaczek lub 4 kaczek (uchwyt „B”)?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

7. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało wyposażone w prosty, przejrzysty ekran LCD wyświetlający pasek postępu procesu z nawigacją przy użyciu piktogramów. Łatwość użycia dzięki szybkiemu dostępowi do wszelkich typów programów.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

8. Czy Zamawiający wymaga by w oferowanym urządzeniu każdy cykl kończy się etapem dezynfekcji termicznej z automatycznie obliczaną wartością dezynfekcji "A0", którą można ustawić w zakresie od 60 do 6,000 w zależności?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

9. Czy Zamawiający wymaga by oferowana myjnia w celu zapewnienia najwyższych standardów higieny co 24h wykonywała zaplanowany cykl autodezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

10. Czy Zamawiający wymaga by zewnętrzne panele maszyny oraz komora myjąca wykonane są ze stali AISI 304 oraz AISI 316 , komora była wyprodukowana z jednego kawałka stali z zaokrąglonymi rogami ułatwiającymi samooczyszczenie?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy .

11. Czy Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenie było wyposażone w prawdziwie bezkontaktowy system otwierania i uruchamiania polegający na czujnikach optycznych? Otwieranie myjni pedałem to funkcja podnosząca koszt urządzenia pod pozorem zapewnienia lepszej ochrony przed zakażeniami krzyżowymi. Użycie pedału wymaga kontaktu użytkownika z urządzeniem co pod względem transmisji patogenów nie różni się znacząco od otwierania ręcznego.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie oczekuje ww.