



Mazowieckie Centrum Leczenia

Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.13 / ZO.2. 2023

Otwock, dnia 02.06 2023

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Zakup urządzenia myjąco-dezynfekującego – płuczko-dezynfektor – 1 szt w ramach zadania „ przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku ”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Dot. Zadanie Myjnia – dezynfektor

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby włączanie dozowania detergentu było wybierane dedykowanym klawiszem na klawiaturze, co umożliwi wybór w zależności od stopnia zabrudzenia mytych naczyń?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wymaga , lecz dopuszcza propozycję Wykonawcy

2. Dot. Zadanie Myjnia – dezynfektor

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby myjnia była wyposażona w jeden pedał nożny służący zarówno do otwierania jak i zamykania myjni

Uzasadnienie: Niniejsze rozwiązanie znacznie ułatwia pracę personelowi oraz zapobiega pomyłkom przy uruchamianiu programów.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający wymaga złożenia oferty z godnie z opisem zawartym w SWZ.

3. Dot. Zadanie Myjnia – dezynfektor .

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sterownik mikroprocesorowy urządzenia umożliwiał wybór bezpośrednio z panelu 3 programów: ekonomicznego, standardowego oraz intensywnego przy użyciu dedykowanych klawiszy, a pozostałe programy będą dostępne odpowiednio po modyfikacji i ich przypisaniu do odpowiedniego przycisku co znacznie ułatwi obsługę urządzenia oraz zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający wymaga złożenia oferty z godnie z opisem zawartym w SWZ.

4. Dot. Zadanie Myjnia – dezynfektor

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie myjni, która posiada potwierdzenie na zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych jednakże nie posiada aktualnego potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 15883/EN 15883.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGOWYCH

Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUZIŁCY

lek. med. Antoni Brachnio