



---

**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

**ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00**

**<http://www.otwock-szpital.pl>**

**e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl**

A/ZP.26.19 TP.1.2023

Otwock, dnia 12/07/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Różne urządzenia i produkty medyczne „*

**Zamawiający informuje , iż od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania.**

**Pytanie 1 - dot. SWZ pkt IV, ppkt 9 oraz wzór umowy § 2 ust. 2:**

SWZ IV. Opis przedmiotu zamówienia:

*„9. Realizacja dostaw w terminie **nie dłuższym niż 2 dni (robocze)** - w odniesieniu do produktów/ wyrobów opisanych w specyfikacji od momentu złożenia zamówienia na zasadach określonych”*

Wzór umowy, § 2 Termin realizacji:

*„2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w **nieprzekraczalnym terminie ..3 dni (roboczych)** od dnia złożenia zamówienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, pisemnie, faksem lub e-mail, zgodnie ze złożonym zamówieniem, z zastrzeżeniem ust.3.”*

**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki jest nieprzekraczalny termin dostawy przedmiotu zamówienia: 2 czy 3 dni?**

**Odpowiedź Zamawiającego: Uprzejmie informuję, iż nastąpiła omyłka pisarska w treści SWZ pkt IV, ppkt 9: Zamawiający doprecyzowuje- winno być : realizacja dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni (robocze) tak jak jest w umowie.**

**Pytanie 2 - dot. wzoru umowy, § 2 pkt 4:**

*„4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę zawierającą nazwę handlową produktu, ilość, cenę, ilość sztuk w opakowaniu, rodzaj opakowania, nazwę producenta, serię i datę ważności produktu, nr referencyjny produktu, kod EAN, którą doręczy tego samego dnia Zamawiającemu”*

**Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu posiadania kodu EAN na fakturze. Na fakturze jest indeks, numer serii wraz z datą ważności, co wystarcza do prawidłowego zidentyfikowania przedmiotu zamówienia.**

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania kodu EAN na fakturze.**


**Pytanie 3 Uprzejmie informujemy, iż ujęte w pakiecie nr 2 wkłady do wstrzykiwaczy kontrastu nie są**

*produktami leczniczymi, a ich dystrybutorzy nie są objęci wymogiem posiadania koncesji / zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie warunku posiadania koncesji/zezwoienia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego przez wykonawcę dla pakietu numer 2 postępowania.*

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez usunięcie warunku posiadania koncesji/zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego przez wykonawcę dla pakietu numer 2 postępowania.**

**Pytanie 34** Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do pakietu nr 2 postępowania kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Nemoto Dual Shot Alpha zestaw, który jest pakowany razem i zawiera: wkłady 1x100ml, 1x200ml, łącznik Y spiralny 150cm z 2 zaworkami oraz 2 ostrze spike. Informujemy, iż ostrze typu spike oraz napełniacz typu J **stosowane są w pracowniach zamiennie, nie są używane razem.**

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowany przez Wykonawcę zestaw z elementami wymienionymi w zapytaniu.**

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW  
  
Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY  
MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRZYZDZY  
  
lek. med. Antoni Biochńo