



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.1.20TP/2023

Otwock, dnia 20/07/2023

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń -1 szt. Nr sprawy: 20/PN/2023

Zamawiający informuje , iż od Wykonawców wpłynęły następujące pytania.

Pytanie dotyczy pkt 93 zał nr3 do SWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz utrzymywał zadaną prędkość przepływu płynów automatycznie kontrolując generowane ciśnienie, co pozwoli operatorowi uzyskać stabilny zwarty bolus środka kontrastowego, oraz aby wstrzykiwacz miał możliwość utrzymywania zadanego ciśnienia poprzez automatyczną regulację przepływu, co pozwoli uniknąć ryzyka uszkodzenia naczyń np. u pacjentów onkologicznych lub pediatrycznych?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz miał możliwość symultanicznego podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej z możliwością zaprogramowania procentowej zawartości roztworu na przykład przy badaniach kardiologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. propozycję Wykonawcy .

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga cechy bezpieczeństwa polegającej na automatycznym odpięciu układu natychmiast po instalacji drenu dla kolejnego pacjenta i systemu „wet to wet connection”- dodatkowy przycisk bezpieczeństwa dla operatora umożliwiający ręczne dozowanie NaCl bezpośrednio przed połączeniem drenu wstrzykiwacza z wenflonem pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. propozycję Wykonawcy .

Pytanie4

Czy Zamawiający wymaga funkcji zdalnego nadzoru serwisowego wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze?. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że takie rozwiązanie jest obecnie standardem dla urządzeń medycznych takich jak Tomografy, Angiografy czy Skanery MR. Umożliwia ono ocenę poszczególnych modułów urządzenia w czasie rzeczywistym, zapobieganie awariom a przypadku ich wystąpienia natychmiastowe odczytanie logów występujących błędów co może znacznie skrócić czas naprawy i przywrócenia urządzenia do sprawności po awarii. Dodatkowo umożliwia zdalną korektę błędów oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. propozycję Wykonawcy .

Pytanie 5

Czy w związku z oczekiwaniem aby wstrzykiwacz był zasilany akumulatorowo Zamawiający określa minimalny gwarantowany czas pracy akumulatorów na 12h lub więcej?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 1 – Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga zapewnienia Zamawiającemu lub wskazanym przez niego podmiotom swobodnego dostępu do oprogramowania serwisowego zainstalowanego na urządzeniu. Rozwiązanie takie zapewni Zamawiającemu swobodny wybór firmy serwisującej po okresie gwarancji co wydatnie przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi serwisowej kupowanego urządzenia.


Odpowiedź Zamawiającego : Tak,


Pytanie 2 – Załącznik nr do SWZ Pakiet nr 5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga zapewnienia Zamawiającemu lub wskazanym przez niego podmiotom swobodnego dostępu do oprogramowania serwisowego zainstalowanego na urządzeniu. Rozwiązanie takie zapewni Zamawiającemu swobodny wybór firmy serwisującej po okresie gwarancji co wydatnie przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi serwisowej kupowanego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY

lek. med. Antoni Błachnio

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

Do wiadomości ; strona internetowa prowadzonego postępowania; www.otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

