



Mazowieckie Centrum Leczenia

Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.21 ZO 1. 2023

Otwock, dnia 14 .11 2023

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny Nr sprawy: 21/ ZO/2023

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Odczynniki, materiały zużywalne, krew kontrolna wraz z serwisem technicznym analizatora hematologicznego SYSMEX XN-350;

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy oferty i umowy:

I Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania oferty i umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

II. Dotyczy Zapytania ofertowego:

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego analizatora zajdzie konieczność dokonania drobnych napraw (wykraczających poza przegląd), wymiany m.in. niesprawnych, wyeksploatowanych podczas pracy analizatora części zamiennych, to Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia przedłoży Zamawiającemu koszt wymiany części zamiennych na nowe? Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ww. koszt stanowić będzie podstawę do dokonania wymiany/naprawy. Koszt części zamiennych ponosi Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

III. Dotyczy Zapytania ofertowego, Załącznik nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska w tabeli Przeglądu techniczne, czy nie powinno być podane: **Przegląd analizatora XN-350**, zgodnie z zapisem w pkt. I.1 Zapytania ofertowego? Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie poprawy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska ; Winno być **Przegląd analizatora XN-350** i wyraża zgodę na poprawienie w tabeli.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY

lek. med. Antoni Blachnik