

Mazowieckie Centrum Leczenia

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel.
62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl



Chorób Płuc i Gruźlicy

(22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344

A/ZP.26. 3T P.2. 2024

Otwock, dnia 05.02.2024

Do wszystkich

zainteresowanych

Nr referencyjny Nr sprawy: 3/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. Rękawice diagnostyczne jednorazowe.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11 +/- 0,02, na dłoni 0,10 +/- 0,02, na mankiecie 0,07 +/- 0,02 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi 02.02.2024r .

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,36 +/- 0,04, na dłoni 0,31 +/- 0,03, na mankiecie 0,23 +/-

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z SWZ .

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic teksturowanych na końcach palców, posiadających grubość na dłoni nieznacznie różniącą się od wymaganej tj. 0,10mm, spełniających pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi 02.02.2024r .

Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających lepszy, niższy poziom AQL 1.0 oraz grubość na mankiecie 0,25mm, spełniających pozostałe parametry SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :Zgodnie z SWZ

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy


Anna Kamińska