

**Mazowieckie Centrum Leczenia**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel.  
NIP: 532-16-64-002 REGON:



**Chorób Płuc i Gruźlicy**

(22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240

6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

A/ZP.26.3 ZO.3. 2024

Otwock, dnia 21.02.2024

**Do wszystkich  
zainteresowanych**

*Dotyczy: postępowania na dostawę rękawic chirurgicznych - 2 pakiety*

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturovanym wykończeniem, mankiet rolowany z opaską lepnią zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu i mankiecie:  $0,14 \pm 0,03$  mm, na dłoni:  $0,13 \pm 0,03$  mm, mediana siły zrywu przed starzeniem 13,2 N, mediana siły zrywu po starzeniu 13,0 N.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenie oferty zgodnie z OPZ

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 1 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o typowej grubości na palcu  $0,18 \pm 0,01$  mm, na dłoni  $0,17 \pm 0,01$  mm na mankiecie  $0,16 \pm 0,01$  mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, po starzeniu 865%, wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (wartość średnia) 13,1 N, wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartość średnia) 15,5 N?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENIOWYCH I PRZETARGÓW

  
Hanna Cichecka

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO  
Mazowieckiego Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Gruźlicy

  
Anna Kamińska