



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.9/T P.6. 2024

Otwock, dnia 14 .03 2024

Do wszystkich
zainteresowanych

Nr referencyjny Nr sprawy: 9/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. Zakup mebli i wyposażenia medycznego oraz socjalnego w ramach zadania: "przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

Od Wykonawcy otrzymano wniosek o treści :

Prosimy Zamawiającego o korektę omyłki pisarskiej w zał. nr 59, punkcie 19 Zestawienia parametrów i warunków wymaganych. W opisie punktu 19 Zamawiający napisał "Poziom natężenia hałasu >58 dB", w istocie powinno być "Poziom natężenia hałasu < 58 dB" gdyż dąży się do jak najniższego poziomu hałasu w otoczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska winno być : być "Poziom natężenia hałasu < 58 dB".

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy .

mgr inż. EWA JÓŹKA NACZELNEGO
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

[Podpis]
Ewa Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

[Podpis]
Hanna Cichecka