



Mazowieckie Centrum Leczenia

Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.24/T P.3. 2024

Otwock, dnia 22 .07 2024

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny Nr sprawy: 24/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn. "Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 "

” .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytania techniczne, dot. pakietu numer 2, załącznik nr 19

1. Czy Zamawiający dopuści komputer stacjonarny wyposażone w pamięci RAM DDR5?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

2. Czy Zamawiający dopuści komputer stacjonarny, który posiada na panelu przednim: 1 x USB 3.2 Gen 1 Typu A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typu C oraz 2 x USB 2.0?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

Dotyczy załącznika nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik A – spis załączników szczegółowej specyfikacji

- 1. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż wszędzie gdzie widnieje zapis „Oferowane wyposażenie musi posiadać atest higieniczny na system mebli – nie dopuszcza się atestów na poszczególne elementy składowe mebla” - Zamawiający będzie wymagał w/w tylko tam gdzie jest wskazane w tabeli technicznej dla opisanego poszczególnego asortymentu przez Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

- 2. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż wszędzie gdzie widnieje zapis „Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych” – Zamawiający będzie wymagał dokumentów tylko takich jakie zostały określone i wymagane w tabeli technicznej dla opisanego poszczególnego asortymentu.*

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

3. W związku z zapisami w załączniku nr 2 zabudowa meblowa „Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy górno-dolnej według pomiarów podczas wizji lokalnej” prosimy Zamawiającego o wyznaczenie wizji lokalnej oraz przesunięcia terminu składania ofert aby móc dokonać pomiarów i wycenić asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 24.07.2024r o godz. 8:00 w Pawilonie B przy ul. Reymonta 83/91 .Termin składani ofert został przedłużony do 25.07.2024r do godz. 10:00.

4. Załącznik nr – 4 – szafka z szufladami na dokumenty kartotekowe – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o wymiarach: wysokość 1510 mm x szerokość 608 mm x głębokość 633mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

5. Załącznik nr – 4 – szafka z szufladami na dokumenty kartotekowe – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o wymiarach: wysokość 1748 mm x szerokość 608 mm x głębokość 633mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem utrzymania wymogów określonych w pkt 3 OPZ .

6. Załącznik nr – 4 – szafka z szufladami na dokumenty kartotekowe – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy o wykonanej z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 (szarym)

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

7. Załącznik nr – 4 – szafka z szufladami na dokumenty kartotekowe – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiaru wewnętrznego szuflad o wysokości 150 mm (front 223 mm), szerokości 522 mm i głębokości 585 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem utrzymania wymogów określonych w pkt 3 OPZ .

8. Załącznik nr – 4 – szafka z szufladami na dokumenty kartotekowe – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki z szufladami na prowadnicach kulowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem.

Odpowiedź Zamawiającego :Dopuszczamy proponowane rozwiązanie

9. Załącznik nr – 6 – biurko – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że blat biurka powinien być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, pokrytej melaminą o grubości min. 18 mm, a nie jak wskazano w wierszu pierwszym tabeli „biurko z blatem o gr. 36 mm”.

Odpowiedź Zamawiającego : Dopuszczamy proponowane rozwiązanie

10. Załącznik nr – 6 – biurko – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kontenera pod biurko o wymiarach: szerokość – 430 mm, głębokość 450 mm, wysokość 560 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak dopuszczamy proponowane rozwiązanie,

11. Załącznik nr – 11 – stół/ stolik – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika na sale pacjenta nie posiadającego atestu higienicznego ani świadectwa wytrzymałości?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy proponowane rozwiązanie

12. Załącznik nr – 11 – stół/ stolik – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarze 140x70x75 cm spełniającego wszystkie pozostałe zapisy w tabeli technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

13. Załącznik nr – 11 – stół/ stolik – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dopuści do zaoferowania stół/ stolik o wysokości 75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary

14. Załącznik nr – 11 – stół/ stolik – 10 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dopuści do zaoferowania stół/ stolik , którego blat wykonany będzie z płyty meblowej o grubości min. 18 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

15. Załącznik nr – 12 – krzesło szpitalne – 40 szt. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w ilości produktu. W formularzu cenowym widnieje zapis o 30 szt. krzeseł a w tabeli technicznej 40 szt.? Jaką ilość krzeseł należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający doprecyzowuje ilość krzeseł - 30 sztuk

16. Załącznik nr – 12 – krzesło szpitalne – 40 szt. Proszę o potwierdzenie, że w opisie parametrów wymaganych doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał krzesła na konstrukcji płozy zamkniętej, a zapis o podstawie czteronożnej został podany omyłkowo.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

17. Załącznik nr – 12 – krzesło szpitalne – 40 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło, którego:

- szerokość oparcia będzie wynosiła min. 420 mm,

- głębokość siedziska będzie wynosiła 425 mm,

- szerokość całkowita krzesła będzie wynosiła 560 mm,
- głębokość całkowita krzesła będzie wynosiła 525 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

18. Załącznik nr – 12 – krzesło szpitalne – 40 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło, które będzie posiadało otwór służący jako uchwyt do przenoszenia krzesła o wymiarach min. 120x30 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

19. Załącznik nr – 12 – krzesło szpitalne – 40 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesło, którego stelaż wykonany będzie ze stalowych chromowanych prętów o grubości 19 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

20. Załącznik nr – 21 – konsola pielęgniarska 300x60x120 – szt. 1. Zamawiający nie udostępnił zestawienia parametrów technicznych dla konsoli/lady. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania konsoli/lady wykonaną według poniższego opisu?

Elementy konsoli/lady bazie trójwarstwowej płyty wiórowej melaminowanej obustronnie lub mdf. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej lub mdf obłożony HPL-em gr. min. 0,8mm, gr. płyty w zakresie 18-36mm. Wybór materiałów ze względu na przeznaczenie konsoli/lady, do ustalenia z Zamawiającym podczas realizacji. Wykończenie blatu obrzeżem PCV min. 2mm. W blacie należy uwzględnić przepusty kablowe – Ø80mm lub Ø60mm wg potrzeb Zamawiającego, a ich rozmieszczenie powinno być ustalone na etapie projektu z Użytkownikiem. Błat nadstawki wykonany z płyty gr. min. 25mm oklejonej dwustronnie HPL-em gr. 0,8 mm w połysku lub macie. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie płyty obrzeżem PCV min. 1 mm lub innym w dopasowanym w zależności od złożenia elementów i ich narażenie na uszkodzenie. Błat nadstawki wykonany w sposób nakładania na elementy frontu konsoli/lady z nawisem lub bez nawisu poza obrys zewnętrzny frontu. Front prosty wykonany z płyty gr. min. 16mm oklejonej dwustronnie. 0,8 mm HPL-em, dostępna opcja HPL w połysku lub macie. Składanie frontu z elementem bocznymi - na „zacios” 45st lub zakładka 90st w zależności od układu – do decyzji po przedstawieniu projektu. Cokół wyposażony w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm. Noga boczna wysoka frontu oraz elementy pionowe przy obniżonym blacie wykonane z płyty gr. min. 25mm oklejonej dwustronnie 0,8 mm HPL-em w połysku lub macie. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykończenie płyty obrzeżem PCV min. 1 mm. Nogi boczne wyposażone w regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm. Nogi podpierające blat roboczy metalowe, malowana proszkowo, wymagana na łączeniu blatów. Regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5mm. Wymiary konsoli/lady oraz ich ostateczne rozmieszczenie do przedstawienia na etapie realizacji - wymagane wykonanie szczegółowego projektu konsoli/lady, wpasowanej w pomieszczenie docelowe. Projekt przedstawiony w wersji 2D i 3D w kolorze, w formie wizualizacji.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, pod warunkiem przedstawienia wizualizacji na wizji lokalnej .

21. Czy Zamawiający będzie wymagał konsoli wyposażonej w moduł z blatem bez nadstawki, do obsługi osoby na wózku inwalidzkim, szerokość modułu min. 800 mm i odpowiednio cofniętym frontem i wypuszczeniem blatu poza obrys konsoli/lady w razie potrzeby.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie .

22. Załącznik nr – 28 – wózek do przewozu/ rozkładanie leków – 1 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka nie posiadającego deklaracji ani wpisu jednak spełniającego wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza .

23. Załącznik nr – 29 – dozowniki dezynfekcyjne – 12 szt. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w ilości produktu. W formularzu cenowym widnieje zapis o 12 szt. dozowników a w tabeli technicznej w pkt. 1 zawarta jest ilość 50 szt.? Jaką ilość należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający doprecyzowuje ilość dozowników- 12 sztuk

24. Załącznik nr – 32 – Stolik zabiegowy podręczny – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik, którego blaty posiadają wymiar 700x425 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

25. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED <https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home> zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLW MiPB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie

wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 „Rejestracja wyrobów” obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLW MiPB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, że wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

26. Załącznik nr – 23 – pojemnik na odpady medyczne – szt. 2. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 2 Zamawiający miał na myśli pokrywę wykonaną z tworzywa sztucznego? Sam stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej zgodnie z zapisem w punkcie 1.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

27. Załącznik nr – 23 – pojemnik na odpady medyczne – szt. 2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i wymóg dotyczący wyjmowanego plastikowego wiaderka został zamieszczony omyłkowo.


Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

28. Załącznik nr – 26 – lodówka 60x60x140 – szt.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lodówki o pojemności 190l + 44l, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy


Anna Kamińska