



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000
4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.29/T P.1. 2024

Otwock, dnia 21 .08 2024

Do wszystkich
zainteresowanych

Nr referencyjny Nr sprawy: 29/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn Dostawa i montaż aparatury medycznej w ramach zadania pn. "Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 "

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Pakiet nr 12 – łóżko szpitalne z osprzętem i materacem – szt. 4

1. Czy Zamawiający dopuści materac będący wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności CE bez świadectwa jakości zdrowotnej PZH?
2. Czy Zamawiający dopuści materac, którego pokrowiec odporny jest na dezynfekcję parowa w 121°C bez możliwości prasowania?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt nr 1 i nr 2 Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pakiet nr 12

Załącznik nr – 1 - łóżko szpitalne z osprzętem i materacem – szt. 4

Poz.4 Czy Zamawiający dopuści: Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego w sekcji bioder i ud. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż w segmencie nożnym?

Poz.9 Czy Zamawiający dopuści: Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym :

- regulacja wysokości
- regulacja segmentu oparcia pleców
- regulacja segmentu uda
- regulacja przechyłów autokontur?

Poz.10 Czy Zamawiający dopuści: Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. Panel posiadający następujące funkcje:

- regulacja wysokości
- regulacja segmentu oparcia pleców
- regulacja segmentu uda
- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem
- ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem
- ustawienie pozycji zejścia /wejścia z łóżka uruchamiana jednym przyciskiem
- funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się?

Poz.16 Czy Zamawiający dopuści: Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami:

Krażki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami?

Poz.17 Czy Zamawiający dopuści: Wyposażenie:

- poręcze boczne tworzywowe dwuczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z tworzywowych ścianek z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania i zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52

- wieszak kroplówki
- materac przeciwoleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach:
- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
- Wkład – pianka
- Pianka przeciwoleżynowa o gęstości T32 kg/m³
- Wykonana z materiałów antyalergicznych
- Pokrowiec materaca – Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze
- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń okapnikiem.
- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru
- Pozytywne badanie na niepalność materiału ?

Odpowiedź Zamawiającego Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .