

**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.29/T P.2. 2024

Otwock, dnia 23 .08 2024

**Do wszystkich**  
**zainteresowanych**

**Nr referencyjny Nr sprawy: 29/ TP/2024**

**Dotyczy: „Zakup i montaż aparatury medycznej w ramach zadania pn.: "Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w MCLChPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91”.**

**Znak sprawy: 29/TP/2024**

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy: Pakiet 12 - Łóżko szpitalne z osprzętem i materacem 4szt.

1. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami wypełnionymi tworzywowymi panelami wykonanymi z polipropylenu ?
2. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga niedostępną z pilota ręcznego, a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel?
3. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści pozycję do badań realizowaną za pomocą 2 przycisków oraz pozycję Fowlera realizowaną za pomocą 2 przycisków?
4. Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 tworzywowe, okrągłe krążki odbojowe bez możliwości obrotu wokół własnej osi?
5. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści materac spełniający poniższy opis:  
Materac przeznaczony do profilaktyki przeciwoleżynowej, dostosowany do wymiarów leża łóżka. Materac jednowarstwowy z pianki poliuretanowej. Pianka z poprzecznymi nacięciami w części centralnej. Gęstość pianki 28kg/m<sup>3</sup>. Wymiary materaca 200cm x 85cm, wysokość 10cm. Materac nie zawierający lateksu, oddychający, antyalergiczny. Pokrowiec paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze, nie przepuszczający cieczy (wydaliny, wydzieliny) wodoodporny. Pokrowiec z materiału trudnopalnego , posiadający certyfikat na test

„tłącego papierosa” zgodny z norma PN EN 1021-1 i płomień zapalaki zgodny z normą PN EN 1021-2. Pokrowiec materaca łatwo zmywalny , wodoodporność tkaniny 200cm słupa wody , odporność na parę wodną 300 g/m2/24h, gęstość materiału 155 g/m2. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Możliwość prania pokrowca w temp. max. 95°C. Możliwość suszenia w suszarkach oraz możliwość czyszczenia na sucho. Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału, pokryty powłoką o właściwościach antywirusowych, antybakteryjnych przeciwwgrzybiczych - odporny na przenikanie mikroorganizmów. Łączenia pokrowca zszywane.

**Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Nr 1,2,3,4 i 5 :**

**Tak , Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy**

**Dotyczy: pakiet nr 12, załącznik nr 1 – łóżko szpitalne z osprzętem i materacem - 4 szt.**

1. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia), segmenty wypełnione panelami z płyty HPL, łatwo odcimowanymi w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia, leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca tylko na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie podudzia?
2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie leża o długości 2000 mm i szerokości 830 mm?
3. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka, w którym na pilocie nie będzie możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
4. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego możliwość ustawienia pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu sterowania dla personelu medycznego?
5. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie centralne blokady kół?
6. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zasilania elektrycznego 100-240V, 50-60Hz?
7. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie poręczy bocznych składanych oburącz poprzez odbezpieczenie poręczy, a następnie jej złożenie - rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia barierki?
8. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pianki przeciwoleżynowej typu „gofer” o gęstości T30 kg/ m3?
9. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca odpornego na sterylizację w autoklawie do 120°C i prasowanie do 150°C?


**Odpowiedź Zamawiającego na pyt. Nr 1,2,3,4 ,5,6,7,8 i 9 :**

**Tak , Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy**

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

  
Hanna Cichocka

DYREKTOR GŁÓWNY  
Mazowieckiego Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Gruzlicy

  
Anna Kamińska