



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26. 5/TP.1. 2025

Otwock, dnia 24.03 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny Nr sprawy: 5/ TP/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. „Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne”.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Dotyczy Pakietu nr 7, pozycji nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .
2. Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 14 na zmianę opisu nazwy artykułu o dodatkową informację dotyczącą opakowań zbiorczych, zmianę jednostki miary w sztukach na opakowania zbiorcze (zgodnie z MDR) oraz zmianę ilości objętych zamówieniem przeliczonych na opakowania zbiorcze - wg poniższej tabeli?

Lp.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość objęta zamówieniem
1.	Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatkowo ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3 l (op. zbiorcze – 12 szt.)	op.	8
2.	Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatkowo ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l (op. zbiorcze - 6 szt.)	op.	33
3.	Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem pojedynczym: standardowym (op. zbiorcze – 10 szt.), pediatrycznym (op. zbiorcze – 10 szt.) lub dużym (op. zbiorcze – 10 szt.)	op.	10
4.	Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem podwójnym: standardowym (op. zbiorcze – 10 szt.), pediatrycznym (op. zbiorcze – 10 szt.) lub dużym (op. zbiorcze – 10 szt.)	op.	3
5.	Zatyczka do drenu – sterylna (op. zbiorcze – 20 szt.)	op.	3

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 w pozycji 31** (z racji na zmianę w certyfikacji dla zestawu dotychczas stosowanego przez Zamawiającego) dopuści zestaw Unico przeznaczony do przezskórnego dostępu do jamy opłucnej lub otrzewnej (bez osierdzia); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 w pozycji 31** mógłby doprecyzować, czy poliuretanowy cewnik powinien (tak, jak w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) posiadać końcówkę podwiniętą tj. w kształcie Pig-Tail.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pakiet 6, poz. 1, 5, 6:

Czy Zamawiający dopuści obłożenie i serwety wykonane z włókniny o gram. 55g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ (min. 56g/m² .

Pakiet 8 poz. 3f:

Czy Zamawiający miał na myśli rękaw 300mm x 100 m lub 200m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, .

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swym składzie rękawice nitylowe zamiast lateksowych? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Taki zestaw jest obecnie dostarczany do Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w swym składzie igłę 0,5 x 25mm zamiast 0,5x40mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Taki zestaw jest obecnie dostarczany do Szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet 9, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający w składzie serwetę w rozmiarze 45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu wykonane z włókniny o gram. 55g/m² oraz chłonności min 390 %? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-L-120, XL-130, XXL-150. Termin ważności 5 lat.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 80/42N; uwalnianie cząstek stałych 3,3 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 33cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 180 kPa. Paroprzepuszczalność min. 6500 g/m²x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMS 35g/m², gramatura potwierdzona kartą danych technicznych wystawioną przez producenta. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach wewnątrz fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 6 cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. min. 1,5 cm, zewnętrzne dł. min. 40 cm, wewnętrzne dł. 45cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 3cm, dł. 8 i 4cm. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-L-120, XL-130, XXL-150. Termin ważności 5 lat.

Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cmH₂O w strefie krytycznej, w strefie mniej krytycznej min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 220 kPa; uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznej 3,5 log10. Paroprzepuszczalność min. 6500 g/m²x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 6, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 45x50 cm, poliuretanowej, o grubości 20-25 µm, z fingerliftami o szerokości powyżej 35 mm, zabezpieczonej papierem pokrytym silikonem, pakowanej po 10 sztuk, termin ważności 5 lat.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym pojemnikiem, który może służyć jako twardy blister?

6	Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
2	Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. M
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem
1	Pęseta plastikowa 13cm niebieska
1	Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym pojemnikiem, który może służyć jako twardy blister?

6	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
2	Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
1	Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

1	Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
1	Strzykawką 3-częściową 3ml Luer-Lock
1	Strzykawką 3-częściową 5ml Luer-Lock
1	Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
1	Igła iniekcyjna (0,5 x 40)
10	Kompres z włókniny 40G 4W 7,5cm x 7,5cm
1	Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 2 lata od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z 2 etykietami typu TAG?

1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm o gramaturze 60g/m ²
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową o gramaturze 56g/m ²
10	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
10	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
1	Pęseta plastikowa zielona 13cm





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 26 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1"	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1 1/4"	1,1 x 32	różowy	56
18 x 1 3/4"	1,3 x 45	zielony	90
17 x 1 3/4"	1,5 x 45	biały	142
16 x 1 3/4"	1,7 x 45	szary	200
14 x 1 3/4"	2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 200?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pakiet 2, pozycja 5-5c

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły bezpieczne posiadały aktywację osłony metodą ślizgową?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycje 2, 3

Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik do podawania tlenu przez nos był sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści cenniki zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycje 7, 9

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycja 19, 19a, 19b

Czy Zamawiający dopuści porty z przedłużaczem o długości 15cm, średnica 1,0x2,7mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycja 19, 19a, 19b

Czy Zamawiający dopuści porty o parametrach:

- obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
- wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
początkowego do 180mbar

-kompatybilna z drenami CH15- CH21

-zastawka antyzwrotna przy połączeniu z workiem oraz przy łączniku do drenu

-wyposażona w element do podwieszenia

2. Worek zbiorczy:

-pojemność 500ml

-skalowany co 50ml

-miejsce do opisanania

-tylna ściana biała w celu łatwiejszej

wizualizacji treści

-zawór spustowy typu T

-wzmocnione otwory do podwieszenia

- Sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu
- Nie zawiera lateksu
- Pakowany podwójnie:

-opakowanie zewnętrzne: papier/folia

-opakowanie wewnętrzne: folia?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 3, pozycja 28, 29

Czy Zamawiający dopuści koreczki o parametrach:

Przeznaczony do stosowania we wszystkich standardowych portach bezigłowych, jako środek dezynfekujący oraz działający jako fizyczna bariera dla skażenia bakteryjnego między dostępem do linii naczyniowej

- umożliwia skuteczną dezynfekcję portu bezigłowego w czasie 1 minuty od aplikacji,

- zapewnia aktywną dezynfekcję i ochronę portu do 7 dni,

- wykonany z trwałych materiałów: HDPE (nasadka) oraz PU (wkład),

- odpowiednio wyprofilowana nasadka, która umożliwia łatwą aplikację,

- kompatybilny ze wszystkimi standardowymi portami bezigłowymi,

- gąbka (wkład) nasączona 70% alkoholem izopropylowym,

- nie zawiera PVC,

- nie zawiera lateksu,

- data ważności: 3 lata,





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków plastikowe do leków w op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe do leków o szerokości dna 27 mm, szerokość górnego brzegu 40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego :Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do enemy o następujących właściwościach:

- worek o pojemności 1750 ml z dwoma otworami do zawieszenia
- wykonany z medycznego PVC
- skalowany od 50 ml do 1750 ml
- skala linearna co 100 ml cyfrowa co 200 ml
- dren o długości 150 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym
- końcówka drenu zabezpieczona zatyczką
- górna część worka wzmocniona dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas wypełniania płynem
- kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/ folia

?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie opisem zawartym w SWZ

Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do enemy o następujących właściwościach:

worek o pojemności 1500 ml z otworem do zawieszenia

- wykonany z medycznego PVC
- skalowany cyfrowo co 250 ml
- dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie?

. Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z końcówką Tiemanna z zastawką plastikową?

. Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z końcówką Tiemanna z zatyczką pakowaną osobna ale wycenioną razem jako zestaw?

. Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składani ofert do 31.03.2025r do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dn .31.03.2025r o godz. 11:00

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kapłńska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego