

Mazowieckie Centrum Leczenia
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel.
NIP: 532-16-64-002 REGON:



Chorób Płuc i Gruźlicy
(22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
000676714 Konto: Bank Pekao S.A. 66 1240

6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.11 ZO.3.2025

Otwock, dnia 07.04.2025r

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie „Zapytanie ofertowe” przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. Art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Odczynniki do aparatu BRUKER System MALDI spektrofotometr mas

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie nr 1

Dotyczy: punkt 2 parametrów dodatkowych

Z uwagi na fakt ,iż firma Diag-Med jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Bruker w Polsce ,posiadamy Umowę z Producentem systemu Maldi Biotyper ,pozwalającą na sprzedaż zarówno systemów jak i odczynników do nich prosimy Zamawiającego o umożliwienie wzięcia udziału w złożeniu oferty na odczynniki do systemu Maldi Biotypoer Sirius poprzez wykreślenie punktu 2 parametrów dodatkowych :

2. "W ramach dostawy odczynników, Wykonawca zapewni integrację spektrometru mas wraz z aparatami do hodowli oraz oceny lekowrażliwości prątków na podłożu płynnym - które są użytkowane przez Zamawiającego. Zintegrowanie spektrometru z aparatami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego (możliwość raportowania i połączenia wyniku identyfikacji prątków na spektrometrze z wynikiem hodowli oraz lekowrażliwości na podłożach płynnych do gruźlicy). "

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 2

Dotyczy: punkt 3 parametrów dodatkowych

W nawiązaniu do pytania numer jeden prosimy o wyrażenie zgody na załączenie certyfikatów potwierdzające posiadanie kompetencji aplikacyjno-szkoleniowych dla min. 2 osób będących pracownikiem Wykonawcy – certyfikaty wydane przez firmę Bruker oraz wykreślenie wymogu przedstawienia certyfikatu wydanego przez dostawcę oprogramowania niezbędnego do integracji (punkt 2.) – o ile Zamawiający wykreśli wymóg z punktu 2 o konieczności integracji systemów .

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Dotyczy: punktu 4 parametrów dodatkowych

Prosimy o wykreślenie poniższego wymogu :

‘Wykonawca zapewni zdalny dostęp do zgłoszeń awarii lub innych nieprawidłowości za pomocą dedykowanej infolinii Serwisu lub dedykowanego adresu mailowego Serwisu.’

Z uwagi na fakt, iż system Maldi Biotyper Sirius jest dostarczony przez firmę Becton Dickinson w ramach Umowy z WOŚP i jako Dostawca jedynie firma Becton Dickinson posiada takie uprawnienia. Dodatkowo

Firma Becton Dickinson ma podpisaną Umowę serwisowo - aplikacyjną w ramach kontraktu z WOŚP w okresie 5 letnim i w tym okresie świadczy tego rodzaju usługi dla Zamawiającego, w zakresie tych usług mieści się zarówno :zgłoszenia napraw, innych nieprawidłowości, przeglądów i dodatkowej zdalnej pomocy technicznej. Żaden inny dostawca odczynników nie ma takiego prawnej możliwości aby dodatkowo świadczyć tego typu usługi poza ww Umową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego wymogu.

Pytanie nr 4

Dotyczy poz. Nr 5

Kwas mrówkowy 70% a'100ml, nie zaszła omyłka pisarska i nie powinno być kwas mrówkowy o stężeniu >lub = 96% , a 100 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nastąpiła omyłka pisarska winno być kwas mrówkowy o stężeniu >lub = 96% , a 100 ml ?

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.04.2025 do godziny 10.00
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego